

回答書

令和7年 4月22日
担当部局名 警防救急課

開札日 令和7年4月28日
入札番号 第31号
案件名 高規格救急自動車購入（北分署）

質 問 内 容	回 答 内 容
・ P1-第1章-8 納入期限は令和7年3月31日までいただけますでしょうか	入札にあたっては、納入が可能であることを判断したうえでご参加いただいている前提ですので、原則としては仕様書上の日程に従って納入をしていただく必要があります。落札後、予期し得ない事態が発生したことに伴い、契約の履行遅延が発生した場合は、別途、発注者と受注者で協議を行い、納入期限の変更を行うこと等への判断をいたします。
・ P3-14-(3) 左右側面リヤ部は、ルーフサイド前後左右となりますが、よろしいでしょうか	問題ありません。
・ P4-15-(2) ア～ウの中央インパネは助手席正面もしくは他の位置、ハンドル内はダッシュボード右側もしくは他の位置となりますが、よろしいでしょうか	仕様書のとおり。

・ P4-15-(2) クのデジタル式時計は、カーナビゲーション組込みとなりますが、よろしいでしょうか	運転席・助手席から容易に時刻が確認でき、常時、表示されれば問題ありません。
・ P5-15-(13) 消火器は、助手席後部へ取付となりますが、よろしいでしょうか	問題ありません。
・ P5-15-(16) 地図入れの運転席後部は、メディカルシート背当て部となりますが、よろしいでしょうか	問題ありません。
・ 別表 1-7 インバーターは、300W となりますが、よろしいでしょうか	電子機器が使用できれば、問題ありません。
・ 別表 1-27～30 赤色点滅灯は、全て大阪サイレン製（No.27 は LFA-150、No.30 は LFIA-300）となりますが、よろしいでしょうか	仕様書以上の性能であれば、問題ありません。
・ 別表 1-31 サイドフラッシャーランプは、左右ドアミラー組込み式となりますが、よろしいでしょうか	ドアミラーとは別途、取付になります。
・ 別表 1-32 フレキシブルマイクロホンは、UD-200 となりステアリングスイッチは設定なしのため取付できませんが、よろしいでしょうか	フレキシブルマイクロホンの型番は問題ありませんが、ハンドルを握った状態でマイクの ON/OFF 操作ができるスイッチは必要です。
・ 設計書（乙） 4-3 無線機一式・AVM 一式移設 表中のドロップ式とはどのような意味でしょうか	無線アンテナをルーフ（屋根部）上部ではなく、ルーフサイドの左右に設置となります。